


单一来源采购论证专家意见表

一、项目基本情况	
项目名称	动态脑电图记录盒采购
申请部门	江苏省扬州五台山医院特殊功能检查科
预算	20 万元
拟成交供应商名称	上海感汇医疗科技有限公司
二、项目简介及单一来源理由	
<p>动态脑电图主要用于脑病患者的脑电图检查，可门诊使用，也可由患者随身携带至家中监测。临床主要用于癫痫的诊断和分型、鉴别癫痫放电在大脑中的起源部位、确定癫痫的发作频率、为调整药物的剂量或减药、换药、停药提供参考。</p> <p>目前我院使用的动态脑电图是 2012 年购买的由美国 Natus 公司生产的 TREX HD 动态脑电图系统，包含一套回放分析工作站和两个动态脑电记录盒。由于长时间使用，其中一个动态脑电记录盒外壳破损严重，电路接触不稳定，数据经常丢失，严重影响临床使用，急需采购一个新的动态脑电记录盒。动态脑电系统和电脑于 2021.4.8 已重新更新，现系统运行正常，所以采购的记录盒需与现在的动态脑电系统相匹配。</p> <p>为了使新购的动态脑电记录盒能与现有的回放分析工作站相匹配，我院只能从 Natus 公司在中国指定的唯一供应商处采购，即：上海感汇医疗科技有限公司。</p> <p>综合上述原因：动态脑电图记录盒申请单一来源采购方式。</p>	
三、论证专家及意见	
<p style="font-size: 1.2em; color: red;">根据项目简介及单一来源理由介绍，动态脑电图设备的采购需与现有的回放分析工作站动态脑电记录盒相匹配，只能从 Natus 公司在中国指定的唯一供应商处采购即上海感汇医疗科技有限公司，符合单一来源采购的实际情况。</p> <p>专家签名：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>2025 年 4 月 22 日</p> </div> </div>	

单一来源采购论证专家意见表

一、项目基本情况	
项目名称	动态脑电图记录盒采购
申请部门	江苏省扬州五台山医院特殊功能检查科
预算	20 万元
拟成交供应商名称	上海感汇医疗科技有限公司
二、项目简介及单一来源理由	
<p>动态脑电图主要用于脑病患者的脑电图检查，可门诊使用，也可由患者随身携带至家中监测。临床主要用于癫痫的诊断和分型、鉴别癫痫放电在大脑中的起源部位、确定癫痫的发作频率、为调整药物的剂量或减药、换药、停药提供参考。</p> <p>目前我院使用的动态脑电图是 2012 年购买的由美国 Natus 公司生产的 TREX HD 动态脑电图系统，包含一套回放分析工作站和两个动态脑电记录盒。由于长时间使用，其中一个动态脑电记录盒外壳破损严重，电路接触不稳定，数据经常丢失，严重影响临床使用，急需采购一个新的动态脑电记录盒。动态脑电系统和电脑于 2021.4.8 已重新更新，现系统运行正常，所以采购的记录盒需与现在的动态脑电系统相匹配。</p> <p>为了使新购的动态脑电记录盒能与现有的回放分析工作站相匹配，我院只能从 Natus 公司在中国指定的唯一供应商处采购，即：上海感汇医疗科技有限公司。</p> <p>综合上述原因：动态脑电图记录盒申请单一来源采购方式。</p>	
三、论证专家及意见	
<p>为保证脑电记录盒能与现有的回放工作站相匹配 建议使用同一公司的配套产品。 美国 Natus 公司生产的 TREX HD 动态脑电图系统 在国内有唯一指定的供应商，该配套使用的脑电记 录盒只能从此唯一指定供应商，即上海感汇医疗 科技有限公司处购买。</p> <p>专家签名：黄蕾</p> <p style="text-align: right;">2025 年 4 月 22 日</p>	

单一来源采购论证专家意见表

一、项目基本情况	
项目名称	动态脑电图记录盒采购
申请部门	江苏省扬州五台山医院特殊功能检查科
预算	20 万元
拟成交供应商名称	上海感汇医疗科技有限公司
二、项目简介及单一来源理由	
<p>动态脑电图主要用于脑病患者的脑电图检查，可门诊使用，也可由患者随身携带至家中监测。临床主要用于癫痫的诊断和分型、鉴别癫痫放电在大脑中的起源部位、确定癫痫的发作频率、为调整药物的剂量或减药、换药、停药提供参考。</p> <p>目前我院使用的动态脑电图是 2012 年购买的由美国 Natus 公司生产的 TREX HD 动态脑电图系统，包含一套回放分析工作站和两个动态脑电记录盒。由于长时间使用，其中一个动态脑电记录盒外壳破损严重，电路接触不稳定，数据经常丢失，严重影响临床使用，急需采购一个新的动态脑电记录盒。动态脑电系统和电脑于 2021.4.8 已重新更新，现系统运行正常，所以采购的记录盒需与现在的动态脑电系统相匹配。</p> <p>为了使新购的动态脑电记录盒能与现有的回放分析工作站相匹配，我院只能从 Natus 公司在中国指定的唯一供应商处采购，即：上海感汇医疗科技有限公司。</p> <p>综合上述原因：动态脑电图记录盒申请单一来源采购方式。</p>	
三、论证专家及意见	
<p>本次采购标的为动态脑电图中的动态脑电记录盒，目前，江苏省扬州五台山医院所使用的动态脑电图为美国 Natus 公司生产的 TREX HD 动态脑电图系统，为保持所采购的动态脑电图记录盒与现在使用的动态脑电图系统相匹配，必须选用原厂配套，因此本次采购符合单一来源采购条件。</p> <p>专家签名：赵兴华</p> <p>2025 年 4 月 22 日</p>	